

RELATÓRIO DE ESTUDO DE SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA – MÉTODO BUEHLER REFERENTE A SUBSTANCIA TESTE MEMBRANA ALL CARE

BSDB1 58019/ 002/ 003

7. Discussão

Durante o período de execução do estudo, o sistema teste não apresentou anormalidades macroscópicas para a substancia teste avaliada.

Não foram observadas alterações comportamentais, no consumo de água e ração.

8. Conclusão

Dessa forma a substância teste analisada foi considerada não sensibilizante, conforme metodologia adotada.

O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s).

9. Armazenamento

O plano de estudo, dados brutos e registros oriundos a este estudo serão armazenados no arquivo por um período de cinco anos. A substancia teste será mantida até a data de validade, em retenção, e após esse período, descartada.